

## 医療事故情報収集等事業 第49回報告書のご案内

## 1. 報告の現況

(1) 医療事故情報収集・分析・提供事業（対象：2017年1月～3月に報告された事例）

表1 報告件数及び報告医療機関数

		2017年			合計
		1月	2月	3月	
報告義務対象 医療機関 による報告	報告件数	260	254	338	852
	報告医療 機関数	167			
参加登録申請 医療機関 による報告	報告件数	69	23	36	128
	報告医療 機関数	49			
報告義務対象 医療機関数		276	276	276	—
参加登録申請 医療機関数		756	758	756	—

(第49回報告書 66～72頁参照)

表2 事故の概要

事故の概要	2017年1月～3月	
	件数	%
薬剤	72	8.5
輸血	0	0
治療・処置	229	26.9
医療機器等	17	2.0
ドレーン・チューブ	50	5.9
検査	40	4.7
療養上の世話	353	41.4
その他	91	10.7
合計	852	100.0

(第49回報告書 78頁参照)

(2) ヒヤリ・ハット事例収集・分析・提供事業（対象：2017年1月～3月に発生した事例）

1) 参加医療機関数 1,195（事例情報報告参加医療機関数 642施設を含む）

2) 報告件数（第49回報告書 96～104頁参照）

①発生件数情報報告件数：207,549件（報告医療機関数 508施設）

②事例情報報告件数：8,603件（報告医療機関数 79施設）

## 2. 医療事故情報等分析の現況（第49回報告書 122～153頁参照）

今回、「個別のテーマの検討状況」で取り上げたテーマは下記の通りです。

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| (1) 清潔野において容器に入った薬剤を誤って使用した事例         | 【第49回報告書 123～133頁参照】 |
| (2) 麻酔器に関連した事例                        | 【第49回報告書 134～146頁参照】 |
| (3) 薬剤誘発性リンパ球刺激試験に使用する薬剤を誤って患者に投与した事例 | 【第49回報告書 147～153頁参照】 |

## 3. 再発・類似事例の発生状況（第49回報告書 154～172頁参照）

これまでに、「共有すべき医療事故情報」や「個別のテーマの検討状況」、「医療安全情報」として取り上げた内容の中から再発・類似事例が報告されたテーマを取りまとめています。今回取り上げた再発・類似事例のテーマは下記の通りです。

- |  |                      |
|--|----------------------|
| (1) 「電気メスペンシルの誤った取り扱いによる熱傷」<br>（医療安全情報 No. 59）について | 【第49回報告書 158～165頁参照】 |
| (2) 「併用禁忌の薬剤の投与」<br>（医療安全情報 No. 61）について            | 【第49回報告書 166～172頁参照】 |

\*詳細につきましては、本事業のホームページ (<http://www.med-safe.jp/>) をご覧ください。